



## ประกาศ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

### เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของบอลูนถ่างขยายโรคอะคาลาเซีย (Achalasia Balloon dilator)

.....

ด้วย กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ บอลูนถ่างขยายโรคอะคาลาเซีย (Achalasia Balloon dilator) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องการ ตามคุณลักษณะแนบท้ายประกาศ

๒. คุณลักษณะของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือรายละเอียดหรือตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ของ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓.๓ ใช้ส่งข้อมูลภายใน ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ แผนกทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำไปมอบให้ด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔. หากผู้เสนอมีข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร. ๐๒-๓๕๔-๗๖๐๐ ต่อ ๕๓๓๒๓

๕. คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หรือที่เหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายการที่ดีที่สุดหรือรายหนึ่งรายใด มากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะได้

๖. กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอสงวนสิทธิ์ในการในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกัน อาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

พันเอก

(วิชัย ประยูรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ข้อมูลรายละเอียด  
บอลลูนถ่างขยายโรคอะคาลาเซีย  
(Achalasia Balloon dilator)

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้สำหรับถ่างขยายกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารที่ตีบตันเนื่องจากโรคอะคาลาเซียโดยใช้ร่วมกับตัวปั๊มบอลลูน (Pneumatic Hand pump)

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 บอลลูน

1.2.1.1. สายแคทเธอร์ขนาด 14 เฟรนซ์ ความยาว 90 ซม.

1.2.1.2. สามารถใช้ร่วมกับลวดนำทางขนาด .038 นิ้ว

1.2.1.3. ส่วนปลายเรียวเล็ก มีลักษณะอ่อนนุ่มไม่ทำอันตรายต่ออวัยวะที่สัมผัส

1.2.1.4 บอลลูนเมื่อถ่างขยายเต็มที่ มีความกว้าง 30 หรือ 35 มม. ความยาว 10 ซม.

1.2.1.5. มีขีดที่บ่งชี้ บอกตำแหน่งหัว-ท้ายของบอลลูน

1.2.2 ลวดนำทาง

1.2.2.1. ลวดนำทางขนาด .038 นิ้ว ความยาว 260 ซม.

1.2.2.2 ส่วนปลายทำจากวัสดุอ่อนนุ่ม ไม่ทำอันตรายต่ออวัยวะที่สัมผัส และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากเครื่อง X-Ray

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ บอลลูนถ่างขยายโรคอะคาลาเซียใช้งานร่วมกับตัวปั๊มบอลลูน (Pneumatic Hand Pump) เพื่อถ่างขยายบริเวณกล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารที่ตีบตัน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะแบบรูปแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

.....

ตรวจถูกต้อง

พ.อ. ....

( วานิช ปิยนรินทร์ )

หน. แผนกทางเดินอาหาร กอช.รพ.ร.ร.6

...../...../.....

