



## ประกาศ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของสายลวดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี

( Coronary Pressure Wire )

.....

ด้วย กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ สายลวด เพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี ( Coronary Pressure Wire ) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องการ ตามคุณลักษณะแนบท้ายประกาศ

๒. คุณลักษณะของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือรายละเอียดหรือตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ของ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓.๓ ใช้ส่งข้อมูลภายใน ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำไปมอบให้ด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔. หากผู้เสนอมีข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร. ๐๒-๓๕๔-๖๖๐๐ ต่อ ๕๓๘๒๓ หรือ เปิดดูรายละเอียดที่ [www.pmk.ac.th](http://www.pmk.ac.th)

๕. คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หรือที่เหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายการที่ดีที่สุดหรือรายหนึ่งรายใด มากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะได้

๖. กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอสงวนสิทธิ์ในการในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกัน อาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

พันเอก

( โสภณ สงวนวงษ์ )

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

**รายละเอียดข้อมูล**  
**สายวัดเพื่อวัดความดันภายในหลอดเลือดโคโรนารี**  
**(Coronary Pressure Wire)**

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน** เป็นสายวัดความดันของโลหิตภายในหลอดเลือด

**1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค** เป็นสายวัดความดันของโลหิตภายในหลอดเลือดเพื่อวิเคราะห์ ค่าความดันของหลอดเลือดสำหรับการรักษาในขั้นตอนต่อไป

1.2.1 ใช้ระบบ Pressure sensor โดยมีระยะห่างจากส่วนปลายสุดของสายไม่น้อยกว่า 3 ซม.

1.2.2 ส่วนปลายสุดของสายที่บ่งสีขาวไม่น้อยกว่า 3 ซม.

**1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ**

1.3.1 สายวัดมีขนาดไม่น้อยกว่า 0.014 นิ้ว

1.3.2 สายวัดมีความยาวไม่น้อยกว่า 185 ซม. โดยวัดจากส่วนปลายสุดของสายถึงตัวล็อก (Nose)

1.3.3 บรรจุกล่องละ 1 ชุด บรรจุในซองปราศจากเชื้อ สามารถใช้งานได้ทันที

**2. การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

**4. วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะตามรูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

.....

ตรวจถูกต้อง

พ.ท. ....

(ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร)

หน. แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด กอช.รพ.ร.ร.6

