



ประกาศ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของสายสวนเพื่อจับสัญญาณประสาทจากกระบังลม

(Edi Catheter)

.....

ด้วย กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ สายสวน เพื่อจับสัญญาณประสาทจากกระบังลม (Edi Catheter) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ในราชการ จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องการ ตามคุณลักษณะแนบท้ายประกาศ

๒. คุณลักษณะของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายที่พึงปรารถนาอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือรายละเอียดหรือตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ของ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓.๓ ใช้ส่งข้อมูลภายใน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ แผนกโรคปอด กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำไปมอบให้ด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔. หากผู้เสนอข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกโรคปอด กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร. ๐๒-๓๕๔-๓๖๐๐ ต่อ ๕๓๓๒๑

๕. คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หรือที่เหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายการที่ดีที่สุดหรือรายหนึ่งรายใด มากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะได้

๖. กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอสงวนสิทธิ์ในการในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกัน อาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๓

พันเอก

(วิชัย ประยูรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดข้อมูล
สายสวนเพื่อจับสัญญาณประสาทจากกระบังลม
(Edi Catheter)

1. คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 คุณสมบัติเฉพาะในการใช้งาน ใช้ในการจับสัญญาณประสาท (Edi Signal) จากกระบังลม (Diaphragm) โดยใช้ร่วมกับ Edi Module

1.2 คุณสมบัติเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 สายสวนท่อทางเดินอาหารเพื่อจับสัญญาณ Edi และให้อาหารเหลว (Edi Catheter) มีขนาดตั้งแต่ 6 Fr หรือมากกว่า

1.2.2 ผลิตจากวัสดุชนิดโพลียูรีเทน (Polyurethane)

1.2.3 ขั้วไฟฟ้า (electrodes) ทำจากวัสดุชนิด สแตนเลส สตีล (Stainless steel)

1.2.4 มีเส้นสีบอกตำแหน่ง (Barium Strip) ซึ่งสามารถ X-Ray มองเห็นได้

1.2.5 มีความยาวไม่เกิน 125 ซม.

1.3 คุณสมบัติเฉพาะในการออกแบบ ตัวสายสวนผลิตจากวัสดุชนิดโพลียูรีเทน (Polyurethane) มีแถบสีบอกตำแหน่งซึ่งสามารถ X-Ray มองเห็นได้ พร้อมขั้วไฟฟ้าเพื่อจับสัญญาณ Edi จากผู้ป่วย ทำให้ปราศจากเชื้อแล้วพร้อมใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะแบบรูปแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

.....

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(อานนท์ จาดกานนท์)

หน.แผนกโรคปอด กอช.รพ.ร.ร.6/กรรมการ

...../...../.....

