



ประกาศ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของหลอดอาหารเทียมชนิดโลหะ

(Metallic Esophageal Stent)

.....

ด้วย กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ หลอดอาหารเทียมชนิดโลหะ(Metallic Esophageal Stent) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องการ ตามคุณลักษณะแนบท้ายประกาศ

๒. คุณลักษณะของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือรายละเอียดหรือตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ของ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓.๓ ใช้ส่งข้อมูลภายใน ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ แผนกทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำไปมอบให้ด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔. หากผู้เสนอข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร. ๐๒-๓๕๔-๗๖๐๐ ต่อ ๕๓๓๒๗

๕. คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หรือที่เหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายการที่ดีที่สุดหรือรายหนึ่งรายใด มากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะได้

๖. กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอสงวนสิทธิ์ในการในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกัน อาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

พันเอก

(วิชัย ประยูรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดของข้อมูล
หลอดอาหารเทียมชนิดโลหะ
(Metallic Esophageal Stent)

๑. **คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน** หลอดอาหารเทียมชนิดโลหะทำหน้าที่คล้ายหลอดอาหารเทียม ใสดัด ตัวคนไข้ เพื่อถ่างขยายหลอดอาหารที่ตีบตัน อันเนื่องมาจากโรคมะเร็ง ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลืนอาหารได้
๒. **คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค**
 - ๒.๑ หลอดอาหารเทียมชนิดโลหะมีหลายขนาด สามารถระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
 - ๒.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๓. **คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ**
 - ๓.๑ หลอดอาหารเทียมชนิดโลหะ (Stent)
 - ๓.๑.๑ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อขยายเต็มที่ไม่เกิน ๑๘ มม. ความยาวไม่เกิน ๑๕ ซม.
 - ๓.๑.๒ มีทั้งแบบที่มีและไม่มีวัสดุโพลียูรีเทนหุ้มรอบนอกบริเวณส่วนกลางของหลอดอาหาร เทียมชนิดโลหะเพื่อป้องกันการลุดล้าของเซลล์มะเร็งเข้าไปภายใน
 - ๓.๒ ชุดส่งหลอดอาหารเทียมชนิดโลหะ (Delivery System)
 - ๓.๒.๑ ขนาดไม่เกิน 16 เฟรนซ์ ความยาวไม่เกิน ๑๐๐ ซม. สามารถใช้ร่วมกับลวดนำทางขนาด .๐๓๘ นิ้ว
 - ๓.๒.๒ ส่วนปลาย (Distal) มีเชือกถักหุ้มหลอดอาหารเทียมชนิดโลหะ (stent) เพื่อให้แนบติดกับชุดส่ง (Delivery System) และมีขีดที่บ่งชี้ เพื่อบ่งบอกตำแหน่งของหัว-ท้ายของหลอดอาหารเทียมชนิดโลหะ (Stent)
 - ๓.๒.๓ ส่วนปลายของชุดส่งมีหัวพลาสติกสำหรับดึงเชือก เพื่อให้หลอดอาหารเทียมชนิดโลหะกางออก
๔. **การบรรจุหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๕. **ข้อกำหนดอื่นๆ** ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและรับประกันคุณภาพจากการใช้ปกติเป็นเวลา ๑ ปี พร้อมคู่มือภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ ๑ ชุด
๖. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่างตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ตรวจถูกต้อง

(พ.อ.วานิช ปิยนรินทร์)

หน. แผนกทางเดินอาหาร กอช.รพ.ร.๖

-----/-----/-----