



ประกาศ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของท่อต่างขยายลำไส้ชนิดโลหะ

(Metallic Enteral Stent)

.....

ด้วย กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ท่อต่างขยายลำไส้ชนิดโลหะ (Metallic Enteral Stent) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องการ ตามคุณลักษณะแนบท้ายประกาศ

๒. คุณลักษณะของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายที่พึงระวังอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือรายละเอียดหรือตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ของ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓.๓ ใช้ส่งข้อมูลภายใน ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ แผนกทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำไปมอบให้ด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔. หากผู้เสนอข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร. ๐๒-๓๕๔-๗๖๐๐ ต่อ ๕๓๓๒๗

๕. คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หรือที่เหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายการที่ดีที่สุดหรือรายหนึ่งรายใด มากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะได้

๖. กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอสงวนสิทธิ์ในการในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกัน อาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

พันเอก

(วิชัย ประยูรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดของข้อมูล
ท่อถ่ายขยายลำไส้ชนิดโลหะ
(Metallic Enteral Stent)

- คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน** ใช้สำหรับถ่ายขยายลำไส้ที่ตีบตัน อันเนื่องมาจากสาเหตุของมะเร็ง เพื่อให้
อาหารหรือ อูจจาระเคลื่อนผ่านบริเวณที่ตีบตันไปได้
- คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค**
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน ๓๐ มม. ความยาวไม่เกิน ๑๒ ซม. สามารถระบุในการ
จัดหาแต่ละครั้ง
 - ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
- คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ**
 - ท่อถ่ายขยายลำไส้ชนิดโลหะ ทำจากวัสดุพิเศษ สานกันเป็นตาข่ายช่องเล็กๆ มีความยืดหยุ่น
สูง สามารถโค้งงอเข้ากับลักษณะของลำไส้ได้
 - มีความที่บ่งชี้สูงสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดความยาวของ Stent
 - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อขยายเต็มที่ มีขนาดไม่เกิน ๓๐ มม. ความยาวไม่เกิน ๑๒ ซม.
 - ชุดสายส่งท่อถ่ายขยายลำไส้ชนิดโลหะมีขนาดไม่เกินขนาด ๑๐ เฟรนช์ ความยาวไม่เกิน
๒๓๐ ซม. สามารถใช้ร่วมกับกล้องส่องตรวจลำไส้ขนาด Working Channel ๓.๖ มม. ได้
 - มีขีดที่บ่งชี้ที่ชุดสายส่ง โดยบ่งบอกตำแหน่งหัว-ท้ายของ Stent (ขณะที่ยังไม่ได้ถูกกาง)
และตำแหน่งสุดท้ายที่ยังสามารถเก็บคืน Stent ได้แม้จะถูกกางไปแล้วถึง ๗๐% ทำให้
สามารถวาง Stent ในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
- การบรรจุหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ข้อกำหนดอื่นๆ** ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและรับประกันคุณภาพจากการ ใช้งานปกติ
เป็นเวลา ๑ ปี พร้อมคู่มือภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ ๑ ชุด
- วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่างตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ตรวจถูกต้อง

(พ.อ.วานิช ปิยนรินทร์)

หน. แผนกทางเดินอาหาร กอ.รพ.ร.ร.๖

-----/-----/-----