



## ประกาศ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

### เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลของหลอดอาหารเทียมชนิดซิลิโคน

#### ( Polyflex Esophageal Silicone Stent )

.....

ด้วย กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ หลอดอาหารเทียมชนิดซิลิโคน ( Polyflex Esophageal Silicone Stent ) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการ จึงขอเชิญชวนผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับทางราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

๑. รายละเอียดของข้อมูลทางเทคนิคที่ต้องการ ตามคุณลักษณะแนบท้ายประกาศ

๒. คุณลักษณะของผู้เสนอข้อมูล ต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือรายละเอียดหรือตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณานำข้อมูลมากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ของ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓.๓ ใช้ส่งข้อมูลภายใน ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ แผนกทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำไปมอบให้ด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย หากเป็นภาษาอื่น ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

๔. หากผู้เสนอข้อมูลหรือมีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามโดยตรง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ แผนกทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร. ๐๒-๓๕๔-๗๖๐๐ ต่อ ๕๓๓๒๗

๕. คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกข้อมูลที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ หรือที่เหมาะสมกับการใช้ในราชการ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลของรายการที่ดีที่สุดหรือรายหนึ่งรายใด มากำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะได้

๖. กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอสงวนสิทธิ์ในการในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ในทำนองเดียวกัน อาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓

พันเอก

(วิชัย ประยูรวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

**รายละเอียดของข้อมูล**  
**หลอดอาหารเทียมชนิดซิลิโคน**  
**(Polyflex Esophageal Silicone Stent)**

๑. **คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน** เป็นชุดใส่อุปกรณ์หลอดอาหารเทียมชนิดซิลิโคน เพื่อถ่ายขยายหลอดอาหารที่ตีบตัน เพื่อให้อาหารผ่านลงสู่กระเพาะได้
๒. **คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค**
  - ๒.๑ หลอดอาหารเทียมชนิดซิลิโคนมีหลายขนาด สามารถระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง
  - ๒.๒ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
๓. **คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ**
  - ๓.๑ หลอดอาหารเทียมทำจากวัสดุซิลิโคน สานกันเป็นตาข่ายช่องเล็กๆ
  - ๓.๒ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อขยายเต็มที่มีขนาด ๑๖-๒๕ มม. ความยาวไม่เกิน ๑๕ ซม.
  - ๓.๓ มีขีดที่บ่งชี้ เพื่อบ่งบอกตำแหน่งของหัว-กลาง และส่วนปลายของ Stent
  - ๓.๔ มีวัสดุหุ้มรอบบริเวณตัว Stent เพื่อป้องกันการลุดล้าของเซลล์เข้าไปภายใน
  - ๓.๕ Delivery System ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้
    - ๓.๕.๑ Delivery Tube เป็นตัวเก็บหลอดอาหารเทียม (stent) ความยาวไม่เกิน ๑๐๐ มม. ขนาดไม่เกิน ๑๔ มม.
    - ๓.๕.๒ Stent Loader มีลักษณะเป็นตะกร้าสำหรับ load stent ความยาวไม่เกิน ๘๐๐ มม.
    - ๓.๕.๓ Wire Guide with Dialator มีลักษณะเป็นหัวจุกปลายแหลม สำหรับนำส่ง Stent เข้าสู่หลอดอาหาร
    - ๓.๕.๔ Stent Clamp เป็นตัว lock ชุดส่ง stent
    - ๓.๕.๕ Graduated Soft Positioner ตัวส่ง stent ความยาวไม่เกิน ๘๐๐ มม.
๔. **การบรรจุหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทฯผู้ผลิต
๕. **ข้อกำหนดอื่นๆ** ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและรับประกันคุณภาพจากการใช้งานปกติเป็นเวลา ๑ ปี พร้อมคู่มือภาษาอังกฤษและภาษาไทย อย่างละ ๑ ชุด
๖. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของตัวอย่างตามรูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

-----  
ตรวจถูกต้อง

( พ.อ.วานิช ปิยนรินทร์ )

หน. แผนกทางเดินอาหาร กอช.รพ.ร.๖

-----/-----/-----